



透析効率について

“透析効率の採血採ります”と言われたことがありませんか？
Kt/Vを算出するために採っています。今回はKt/Vについて説明させていただきます。

Kt/Vとは

Kt/Vとは、透析によって尿素などの老廃物がどれくらい除去されたか示す指標です。施設によって目標値は異なりますが、当院では**1.2**以上、できれば**1.4~1.5**以上を目標としています。1.2~1.8は死亡リスクが低下すると言われています。



Kt/Vが低い原因は？その対策

・透析条件が合っていない
透析が足りていない場合Kt/Vが低くなります。その場合、透析膜のサイズ、血流量、透析時間など、透析条件を変更する必要があります。

各患者さんのKt/Vを集計し、目標値から外れていた場合に透析条件変更の提案をしております。気になる方は透析センタースタッフまで質問してください。